

Information aux membres ayant reçu des masques de l'AViQ/services agréés :

Résultats des tests sur les masques KN95 au 4 mai 2020

Madame, Monsieur,

Comme convenu, suite à la vérification de chaque lot de masques KN95 demandée auprès de laboratoires agréés, nous vous transmettons les résultats reçus dans le tableau récapitulatif ci-dessous.

Nous venons de recevoir les résultats des tests pour les dates de production suivantes : 23.03, 24.03, 25.03 et 11.04.

Les résultats concluent à la conformité des masques avec l'utilisation d'un tape sur le pont nasal pour les masques du 24 et 25 mars ainsi que ceux du 11 avril.

Pour les masques du 23 mars, le test est positif puisque le masque filtre correctement. Cependant, il est peu adapté aux visages européens testés, même au repos. Ceci impose de coller du sparadrap tout autour, ce qui est très contraignant. Nous vous invitons donc à ne pas les utiliser mais à les conserver en réserve dans l'hypothèse où vous devriez un jour être en pénurie de masques FFP2. Ils apparaissent en couleur orange dans le tableau ci-après.

Pour rappel, les couleurs du tableau correspondent à la signification suivante :

- Blanc : Test en cours
- Vert clair : Tape Nasal. Conforme au test alternatif ATP mais l'ajustement des masques au niveau du pont nasal n'est pas jugé suffisant. Il est donc recommandé d'utiliser le masque avec un tape sur le pont nasal, c'est-à-dire du sparadrap collant le masque du pont du nez jusqu'à chaque joue.
- Vert foncé : Conforme au test alternatif ATP. Les masques peuvent être utilisés tels quels.
- Rose : Test négatif : les masques ne peuvent pas être utilisés. Nous vous demandons cependant de les garder temporairement (mais bien hors de portée pour éviter toute confusion). Veuillez informer Jean Michel Lheureux (Jean-Michel.LHEUREUX@aviq.be) si vous en détenez, nous pourrions ainsi organiser les modalités de reprise de ces lots.
- Orange : Tape autour du masque. La filtration est correcte mais l'utilisation inconfortable vu la nécessité de coller le masque avec du tape. Nous vous invitons à les garder dans l'éventualité où vous devriez faire face à une pénurie de masques FFP2.

Nous vous remercions pour votre attention et votre implication dans la lutte contre le coronavirus.

Prenez soin de vous et des autres,

Alice Baudine

Model	Production Date	TEST RESULTATS
KN95	23/03/2020	Tape autour du masque
KN95	24/03/2020	OK Tape pont nasal
KN95	25/03/2020	OK Tape pont nasal
KN95	26/03/2020	test en cours
KN95	27/03/2020	test en cours
KN95	28/03/2020	test en cours
KN95	29/03/2020	test en cours
KN95	30/03/2020	OK Tape pont nasal
KN95	31/03/2020	OK
KN95	01/04/2020	test en cours
KN95	02/04/2020	OK Tape pont nasal
KN95	03/04/2020	test en cours
KN95	04/04/2020	OK Tape pont nasal
KN95	05/04/2020	test en cours
KN95	06/04/2020	test en cours
KN95	07/04/2020	test en cours
KN95	08/04/2020	test en cours
KN95	09/04/2020	OK Tape pont nasal
KN95	10/04/2020	test en cours
KN95	11/04/2020	OK Tape pont nasal
KN95	12/04/2020	NON
KN95	13/04/2020	test en cours
KN95	14/04/2020	test en cours
KN95	15/04/2020	test en cours
KN95	16/04/2020	test en cours
KN95	17/04/2020	OK Tape pont nasal
KN95	18/04/2020	test en cours
KN95	19/04/2020	OK Tape pont nasal